

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product  
Produit

Magnetic resonance stimulation system

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurMediConsult Schweiz GmbH  
Bodenackerstr. 69  
CH-4657 Dulliken  
SwitzerlandName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantMediConsult Schweiz GmbH  
Bodenackerstr. 69  
CH-4657 Dulliken  
SwitzerlandName and address of the factory  
Nom et adresse de l'usineROB SA  
Via Pianon  
CH-6934 Bioggio  
SwitzerlandNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la deuxième page Additional information on page 2Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

18VDC 30VA, CI. II

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

iMRS

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

iMRS V-.-

Model / Type Ref.  
Ref. De type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

applied part type B. The dashes "-" in the type designation may be 0-9 and denote changes in software not affecting safety.

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la deuxième page)

 Additional information on page 2

A sample of the product was tested and found to be in conformity with

IEC 60601-1(ed.2);am1;am2  
IEC 60601-1-2(ed.3)

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la

168061

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate

Comme indiqué dans le Rapport de tests numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat de test OC est établi par l'Organisme National de CertificationGaustadalléen 30  
NO-0373 Oslo, Norway

Date: 21-06-2012

Signature: Juan Z. Kleppenes  
Certification Department